



Бр. 3-2/2018-4а
22.01.2018. год.

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у поступку јавне набавке број 3-2/2018-2**

Предмет: Одговор 1, Комисије за јавну набавку у поступку број 3-2/2018-2 (Образована Решењем број 3-2/2018-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-2/2018-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

Питање:

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 3-2/2018-2, одговорите на следећа питања.

Партија 1:

1. Да ли је одговарајуће понудити кабинет чије димензије приближно одговарају наведеним димензијама траженог радног простора с тим да су одступања унутрашњих и спољашњих димензија приближно 10%? Димензије микробиолошког сигурносног кабинета које предлажемо су:
 - Спољашње 1200x812x1410mm (W x D x H)
 - Унутрашње 1130x584x670mm (W x D x H)

Одговор 1: Није прихватљиво због мањег радног простора у комори.

2. Да ли је одговарајуће да кабинет поседује PVC ослонац за руке?

Одговор 2: Није прихватљиво, потребно је да се испоручи ламинарна комора са ослоном за руке од нерђајућег челика ради лакшег одржавања. Нерђајући челик је отпоран на водену пару, слабе органске и неорганске киселине и може да се аутоклавира.

3. Да ли је одговарајуће понудити кабинет који има ергономски дизајн и предње стакло под углом са моторизованим подизањем с тим сто произвођац не декларише вредност угла под којим је стакло постављено у произвођачкој спецификацији?

Одговор 3: Прихватљиво је, али је неопходно да предње стакло има нагиб.

4. Да ли је одговарајуће да UV лампа има опцију програмирања од 1мин до 18h?

Одговор 4: Прихватљиво је.

5. Да ли је Вам је потребно постоље са точкићима? Да ли је одговарајуће понудити оригинално постоље висине 711мм или 860мм?

Одговор 5: Није неопходно да постоље има точкиће. У односу на постојећи намештај одговара нам висина од 750мм.



Партија 2:

1. Да ли је одговарајуће понудити инкубатор запремине 170л?

Одговор 1: Није прихватљиво понудити инкубатор који одступа више од 5% у запремини, а ни у димензијама.

2. Да ли је одговарајуће понудити CO₂ инкубатор следећих димензија:

- Спољашње: 660x660x900мм (W x Д x X)
- Унутрашње: 505x530x635мм (W x Д x X)

Одговор 2: Није прихватљиво понудити инкубатор који одступа више од 5% у запремини, а ни у димензијама.

3. Да ли је одговарајући инкубатор са IR сензором за CO₂?

Одговор 3: Прихватљиво је.

4. Да ли је одговарајуће да тежина инкубатора буде 120кг?

Одговор 4: Није прихватљиво одступање веће од 5%.

Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације.



3. Комисија за јавну набавку 3-2/2018-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и
Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs