



бр. 3-28/2018-4а
06.12.2018. год.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-28/2018-2

Предмет: Одговор 1. Комисије за јавну набавку у поступку број 3-28/2018-2 (Образована Решењем број 3-28/2018-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде од 04.12.2018. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-28/2018-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговор.

Питање:

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 3-28/2018-2, одговорите на следећа питања.

1. У делу тендерске документације која се односи на техничку спецификацију опреме наводите да је потребно доставити доказ да је аутоклав усклађен са националним правилником за судове под притиском. Да ли је за испуњеност овог услова довољно доставити доказ да је уређај у складу са стандардима EN 61010-1, EN 61010-2-40, EN 61326, AD 2000, које прописују европске регулативе за аутоклаве?
2. Да ли је као доказ за испуњеност додатног услова који се односи на кадровски капацитет довољно доставити М образце два радно ангажована сервисера и сертификате о завршеној обуци код произвођача аутоклава који је предмет јавне набавке?

Одговор:

1. Поред доказа да је уређај у складу са европским стандардима неопходно је доставити и доказ о усклађености са националним стандардима.
2. Као доказ неопходног кадровског капацитета, заинтересовани понуђач може да достави и М образац за два радно ангажована сервисера са сертификатом произвођача, али је неопходно да један има сертификат о примени правилника за судове по притиском.



Комисија
за јавну набавку 3-28/2018-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs