



бр. 3-26/2018-4б
07.12.2018. год.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-26/2018-2

Предмет: Одговор 2. Комисије за јавну набавку у поступку број 3-26/2018-2 (Образована Решењем број 3-26/2018-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде од 06.12.2018. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-26/2018-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговор.

Питање:

Партија 14: С обзиром да апарат ради са измењивим филтерима, молимо Вас да наведете који су Вам све филтери потребни за рад.

Одговор:

Потребне карактеристике апарата су наведене у спецификацији. У раду се користе и друге таласне дужине (наведено по приоритетима): 490 нм, 570 нм, 530 нм, 820 нм....

Питање:

За партију 3 - Лабораторијска сушница: замолили би за додатно објашњење техничких спецификација које се односе на комору за вентилацију. Да ли је потребно да има уграђен вентилатор или природну вентилацију (тј. природну конвекцију ваздуха)?

Одговор:

Лабораторијска сушница треба да има природну вентилацију.



Комисија
за јавну набавку 3-26/2018-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs