



У складу са чл. 63. став 2 Закона о јавним набавкама, на питања понуђача које су постављена дана 27.01.2015. године, а везано за појашњења конкурсне документације, Комисија за јавну набавку бр. 11/2014-2 даје следеће одговоре:

Питања:

-Kako su stavke 16,17,34,35 i 36 u partiji 3 proizvođača Life Technologies, molim Vas da se izmeni dokumentacija u smislu da se ti proizvodi prebace u partiju 18 kako bi bili u mogućnosti da ih obezbedimo na JN.

Одговор: корекција истих ће бити урађена у исправци конкурсне документације бр. 2.

-Stavka 16, partija 3: da li se traži pakovanje od 1000 reakcija?

Одговор: 200 реакција.

-Stavka 17, partija 3: da li se traži proizvod sledeг sastava: 10X RT Buffer (1 mL), 10X RT Random Primers (1 mL), 25X dNTP Mix (100 mM, 0.2 mL), MultiScribe® Reverse Transcriptase (0.2 mL at 50 U/μL), RNase Inhibitor (2 × 0.1 mL at 20 U/μL)?

Одговор: Да.

-Stavka 35, partija 3: da li se traži esej sledeće specifikacije: Gene Expression assays have a FAM reporter dye at the 5' end of the TaqManMGB probe and a nonfluorescent quencher at the 3' end of the probe. The TaqManMGB probes and primers are premixed to a concentration of 18uM for each primer and 5uM for the probe. This is a 20Xmix. 250 rxns; ?

Одговор: Ставка 34 и 35 у партији 3 је спецификација за један производ.

-Stavka 36, partija 3: da li se traži proizvod sledećih performansi: One 5 mL bottle (200×50μ L reactions) TaqMan® Gene Expression Master Mix contains AmpliTaq Gold® DNA Polymerase (Ultra Pure), Uracil-DNA glycosylase, dNTPs (with dUTP), ROX™ Passive Reference, and optimized buffer components.?

Одговор: Да.

-Stavka 1, partija 18: koje pakovanje?

Одговор: 25 комада.

-Stavka 2, partija 18: da li se misli na proizvod sa sledećim opsiom Оптичка плоча са 96 бунарића. Минимална интерферирајућа флуоресценција избунарића температурног блока; Елиминисана аутофлуоресценција плоча; Спречава улазак ваздуха како би се обезбедила униформност температуре у бунарићима. Компатибилна са: 7300 System, 7000 System, 7900HT System, GeneAmp® 9700, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, ViiA™ 7 Dx System, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti® Dx Thermal Cycler, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™ Dx, QuantStudio™, 3130 Genetic Analyzer, 2720 Thermal Cycler, 3130xl Genetic Analyzer, 6100 Nucleic Acid PrepStation, 3730xl DNA Analyzer, ViiA™ 7 System, 3730 DNA Analyzer, Veriti® Thermal Cycler, 7500 System. Pakovanje od 20 komada u kutiji.

Одговор: Да.

-Stavka 3 i 4, partija 18: molim vas definišite skalu sinteze prajmera (25nmol ili 50nmol), kao i sekvencu.

Одговор:

No	Type	Oligo Name (5'-.....-3')	Purification	Scale
1	1 COX2 F	ATAACCCCGCCAAAAGGGG	desalted	0,02 μmol
2	2 COX2 R	CTGAGTACCAGGTCTGCAGTG	desalted	0,02 μmol
3	3 PgE2S F	AGAGAGAACCGCAACACCTG	desalted	0,02 μmol
4	4 PgE2S r	GTGGCCGTCTGTAACACGTA	desalted	0,02 μmol

-Stavka 5, partija 18: definišite Master Mix, pakovanje i specifikaciju.

Одговор: DreamTaq PCR Master Mix (2X) 200x50μl rxns.

Комисија за
јавну набавку 11/2014-2

У Београду,
30.01.2015. године