



бр. 3-20/2016-4а
13.12.2016. год.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-20/2016-2

Предмет: Одговор бр. 1 Комисије за јавну набавку број 3-20/2016-2 (Образована Решењем број 3-16/2016-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде од 09.12.2016. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-20/2016-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор.

Питање 1:

„Молимо Вас да за партије 18,19, 20 и 21 дефинишете тражена паковања.“

Да ли се за партију 18 тражи паковање од 300 стрипова?

Одговор: Да

Да ли се за партију 19 тражи паковање од 125 стрипова, без поклопаца за примену у PCR-у?

Одговор: Да

Да ли се за партију 20 тражи паковање од 25 или 100 фолија?

Одговор: 100 фолија

Да ли се за партију 21 тражи паковање од 10 или 20 плате-ова?

Одговор: 10

Питање 2:

„Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 3-20/2016-2, одговорите на следећа питања:

У партији 2, захтевате ставку 6, ерленмајер од 500мл. Да ли је потребно понудити ерленмајер са шлифом 29/32 или без шлифа?

Одговор: Без шлифа

У партији 3, захтевате ставку 21, азбестна мрежица. Да ли је одговарајуће понудити керамичку мрежицу тражених димензија?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 39, плутани цеп. Да ли је одговарајуће понудити чеп димензија 34x30мм?

Одговор: Не

У партији 3, захтевате ставку 46, епендорфице 0.2мл. Обзиром да је паковање 1000ком да ли је одговарајуће понудити 3000ком?

Одговор: Не, Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

У партији 3, захтевате ставку 47, епендорфице 0.5мл. Обзиром да је паковање 1000ком да ли је одговарајуће понудити 6000ком?

Одговор: Не, Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

У партији 3, захтевате ставку 65, пластичну касику. Да ли је одговарајуће понудити кашику-шпатулу тражених димензија?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 66, двострану кашику. Да ли је одговарајуће понудити кашику-шпатулу?

Одговор: Не

У партији 3, захтевате ставку 68, клему. Да ли је одговарајућа клема дужине 180мм, распона 0-80мм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 69, клему. Да ли је одговарајућа клема дужине 180мм, распона 0-80мм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 81, магнет. Да ли је одговарајућа димензија 25x6мм?

Одговор: Да

У Партији 3, захтевате ставку 88, маказе. Да ли је одговарајуће понудити маказе дужине 130мм?

Одговор: Да

У Партији 3, захтевате ставку 89, маказе. Да ли је одговарајуће понудити маказе дужине 130мм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставке 93 и 94, мембранске филтере. Да ли су Вам одговарајући најлонски филтери?

Одговор: Не, морају да буду целулозно-ацетатни.

У партији 3, захтевате ставку 95, микротубе. Да ли је одговарајуће понудити 500ком, обзиром да је то једно паковање микротуба?

Одговор: Да, Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

У партији 3, захтевате ставку 96, микротубе. Да ли је одговарајуће понудити два паковања од 1000ком?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 97, микротубе 5мл. Обзиром да је паковање 200ком, да ли је одговарајуће понудити 600ком?

Одговор: Не, Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

У партији 3, захтевате ставку 129, "nucleopore membran". Обзиром да је паковање 25ком, да ли је одговарајуће понудити 4пак?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 141, петри шоље. Да ли је одговарајуће понудити једно паковање од 1280ком?

Одговор: Да, Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

У партији 3, захтевате ставку 143, пинцета. Да ли је одговарајуће понудити пинцету дужине 115мм?

Одговор: Не

У партији 3, захтевате ставку 144, пинцета. Да ли је одговарајуће понудити пинцету дужине 105мм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 145, пинцета. Да ли је одговарајуће понудити пинцету дужине 115мм?

Одговор: Не

У партији 3, захтевате ставку 146, пинцета. Да ли је одговарајуће понудити пинцету дужине 145мм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 147, пинцета. Да ли је одговарајуће понудити пинцету дужине 105мм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 156, пластичну посуду. Да ли су одговарајуће димензије 60x40x40цм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 162, виале. Да ли је одговарајуће понудити виале димензија 11.6x32мм?

Одговор: Не

У партији 3, захтевате ставку 174, шпатула. Да ли је одговарајуће понудити дуплу шпатулу тражених дмензија?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 183, термометар. Да ли је одговарајуће понудити термометар пречника 6мм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 185, термометар. Да ли је одговарајуће понудити термометар опсега - 35 до 50С?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 190, тучак. Да ли је одговарајуће понудити тучак димензија 30x135мм?

Одговор: Да

У партији 3, захтевате ставку 202, PVC епрувете. Да ли је одговарајуће понудити епрувете запремине 30мл?

Одговор: Не

У партији 3, захтевате ставку 203, епендорфице 2мл. Да ли је одговарајуће понудити 1000ком, обзиром да је то паковање?

Одговор: Да, техничка грешка, Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

У Партији 3, захтевате стваку 204, маказе. Да ли је одговарајуће понудити маказе дужине 130мм?

Одговор: Да

Питање 3:

„Поштовани, У складу са конкурсном документацијом за ЈН бр. 3-20/2016-2 молимо Вас да нам одговорите на следеће питање: Партја 3: Конкурсном документацијом партија 3 обухвата 205 ставки међу којима се налази углавном потрошни материјал као и једним делом ставке које спадају у лабораторијску опрему. Аутоматске пипете (варијалбилне, једноканалне и вишеканалне) спадају у лабораторијску опрему тако да с тим у вези, Вас молимо да ове ставке издвојите у засебну партију и тиме обезбедите конкурентност, транспарентност и једнакост понуђача што је у складу са члановима 10., 11. и 12. ЗЈН.“

Одговор 3: Наручиоц у овом делу неће мењати спецификацију предметне набавке. Приликом израде конкурсне документације наручиоц је истраживао тржиште и процењивао вредности добара у датим спецификацијама, односно утврдио да више понуђача може да понуди добра која су наведена у предметној партији. Такође, када је одлучио да наведена добра сврста у исту партију наручилац се водио чланом 64. став 4. Закона о јавним набавкама који цитирамо у наставку:

„Наручилац не може одређивати процењену вредност јавне набавке, нити може делити истоврсну јавну набавку на више набавки с намером избегавања примене овог закона или правила одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке. Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне.“

Такође, потенцијалним понуђачима указујемо на могућност да понуду могу да поднесу са подизвођачем или заједничку понуду.

Питање 4:

Питања за ЈН 3-20/2016-2:

Партија бр. 1

Ставка 14 –није волуметријско посуђе, молим вас избаците захтев да буде А класа

Одговор: Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

Ставка 32 – да ли се може понудити бакто епрувета са металним цепом? ако не, какав чеп треба да буде?

Одговор: Не, потребно је да имају гумени или пластични чеп.

Ставка 43 – молим вас наведите каталошки број или слику

Одговор: Слика је у прилогу



Ставке 44 и 45 иста је ставка. Није волуметријско посуђе, молим избаците из захтева да буде А класа.

Одговор: Није у питању иста ставка. Неопходно је да буде боросиликтно стакло због хемикалија које се у њему чувају.

Ставка 57 – стандардно су мензуре ниска форма Б класе. Да ли се може понудити класа Б?

Одговор: Не

Ставка 64 – пластичне мензуре немају класу.

Одговор: Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

Ставка 65-77 – да ли се може понудити са „РР“ запушачем?

Одговор: Не.

Ставке 82 и 91 – стандардно градуисане пипете нису од борсиликатног стакла. Да ли се може понудити од АР стакла?

Одговор: Не.

Ставка 93 – не постоји класа

Одговор: Наручиоц ће у том делу извршити исправку.

Ставка 98 – глазирани или неглазирани?

Одговор: Глазирани

Ставка 101 – стандардна грла за реагенс боцу од 100 мл: уско 14, широко 29. да ли се може понудити једно од ова два грла?

Одговор: Не.

Ставке 103 и 104 – да ли се може понудити 120 мл?

Одговор: Не.

Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације.

Наручиоц ће извршити измене и допуне у обрасцу структуре цене и објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

К о м и с и ј а
за јавну набавку 3-20/2016-2

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.